



## ClinCal® - Calibrator

Plasma Calibrator lyophil., for Aromatic Amino Acids /

Plasma-Kalibrator lyophil., für Aromatische Aminosäuren

for HPLC Assay in Plasma /

für HPLC Bestimmung im Plasma

REF

10013

LOT

543



2019-10

The values have been assigned with the ClinRep® Complete Kit for Aromatic Amino Acids.

Die Werte wurden mit dem ClinRep® - Komplettkit für Aromatische Aminosäuren ermittelt.

### Intended use:

ClinCal® Plasma Calibrators are used for calibration of the HPLC-system. After reconstitution this lyophilised calibrator has to be prepared like a patient sample.

### Reconstitution:

Add exactly 3.0 ml HPLC-water to the vial and mix for 15 min. When all material is dissolved, the solution is ready to use.

### Storage and stability:

This product will be stable until the expiration date when stored unopened at 2 - 8 °C. After reconstitution the stability of the analytes is:

- 5 hours at 15 - 30 °C
- 1 day at 2 - 8 °C
- 10 days at below -18 °C (avoid repeated freezing and thawing)

The variation of the filling volume (CV) is < 1 %. The average residual moisture of this lot is 0.94 %.

### Pack size:

ClinCal® Plasma Calibrator for Aromatic Amino Acids: 1 x 3 ml, **order no.: 10013**

### Caution:

The human plasma which was used for manufacturing the calibrator was tested for the following infectious markers and found negative: HIV1/2-, HBV- and HCV-antibodies, Hepatitis B-surface antigen, HIV- and HCV-RNA, HBV-DNA (NAT). Nevertheless, the plasma calibrator should be considered as potentially infectious and treated with appropriate care.

### Zweckbestimmung:

ClinCal® Plasma-Kalibratoren dienen zur Kalibrierung des HPLC-Systems. Nach Rekonstitution wird dieser Plasma-Kalibrator wie eine Patientenprobe aufgearbeitet.

### Rekonstitution:

Zum Inhalt eines Fläschchens werden exakt 3.0 ml HPLC-Wasser gegeben und die Lösung unter gelegentlichem Umschwenken für ca. 15 Minuten stehen gelassen. Nach erneuter sorgfältiger Durchmischung kann die Lösung verwendet werden.

### Lagerung und Haltbarkeit:

Dieses Produkt ist bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum stabil, wenn es ungeöffnet bei 2 - 8 °C gelagert wird. Die Haltbarkeit der Analyten in der rekonstituierten Lösung beträgt:

- 5 Stunden bei 15 - 30 °C
- 1 Tag bei 2 - 8 °C
- 10 Tage bei < -18 °C (vermeiden Sie wiederholtes Einfrieren und Auftauen)

Die Abfüllpräzision (VK) ist < 1 %. Die durchschnittliche Restfeuchte dieser Charge beträgt 0.94 %.


### Packungsgröße:

ClinCal® Plasma-Kalibrator für Aromatische Aminosäuren: 1 x 3 ml, **Best.-Nr.: 10013**

### Achtung:

Das zur Herstellung des Kalibrators verwendete Humanplasma wurde auf folgende Infektionsmarker untersucht und für negativ befunden: HIV1/2-, HBV- und HCV-Antikörper, Hepatitis B-Oberflächenantigen, HIV- und HCV-RNA, HBV-DNA (NAT). Unabhängig davon sollte der Plasma-Kalibrator als potentiell infektiös angesehen und mit angemessener Sorgfalt behandelt werden.

**Chromatogram of a prepared plasma calibrator:  
Musterchromatogramm eines aufgearbeiteten Plasma-Kalibrators:**



Tyrosine / Tyrosin	2.35 min
Phenylalanine / Phenylalanin	4.42 min
Internal Standard / Interner Standard	8.20 min
Tryptophane / Tryptophan	11.31 min

RECIPE                    CHEMICALS + INSTRUMENTS GmbH  
Dessauerstr. 3                    D-80992 Munich / Germany  
Tel.: +49 / 89 / 54 70 81 - 0    Fax: +49 / 89 / 54 70 81 - 11  
Internet: [www.recipe.de](http://www.recipe.de)                    e-mail: [info@recipe.de](mailto:info@recipe.de)

